PAJUNK®

Filter
MiniFilter

Regional Anesthesia

Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen är översatt till språken: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Översättningarna kan laddas ner från vår webbplats eifu.pajunk.com.

Viktigt!

Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant!

Rx only *Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna bruksanvisning.*

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är sjukvårdspersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av patienter.
Förutom bruksanvisningen gäller även relevant information enligt vedertagen facklitteratur samt aktuell teknik och forskning.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och riskerar patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa produkter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter).

Använd absolut inte produkten om du inte är säker på att den är komplett, oskadad eller steril.

Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsdatum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet

REF	Bakteriefilter	Bakteriefilter	Minibakteriefilter
Lösa filter	001151-37Q	001151-62	001151-38K
Lösa FixoLong	001151-47	001163-60	001151-43
FixoLong + filter	001151-48	001151-61	001151-44

Bakteriefiltret består av ett hydrofilt lagrat genomgångsmembran med en porstorlek på 0,2 µm, som ligger i ett vätsketätt, transparent hus.

Anslutning av fattning: LUER

Användningsområde

Filtrering av läkemedel som är upplösta i vätska för att skydda patienten mot mikroorganismer eller mikropartiklar vid injektionen.

Avsedda användare

Endast sjukvårdspersonal

Patientmålgrupp

Inga begränsningar när det gäller patientmålgrupp

Indikationer

Lokalbedövning, analgesi

Kontraindikationer

⚠ *Produkten får inte användas om man känner till att det finns materialoförenlighet och/eller kända reaktioner!*

Komplikationer
Inflammation

ⓘ *Användaren måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är förknippade med ingreppet.*

! *Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organisationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om komplikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.*

Varningar

⚠ *för steril produkt:*

Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte återanvändas!

STERILIZE *Produkten får inte steriliseras!*

Materialen som använts vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för återanvändning eller sterilisering.

Produkten är inte avsedd för återanvändning eller sterilisering.

⚠ Otillåten återanvändning eller rengöring
– kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att uppnå det resultat som tillverkaren avsett försvinner.
– leder till en avsevärd risk för smittspridning/kontaminering till följd av eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
– kan göra att produktens funktionella egenskaper försvinner.
– kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska reaktioner.

⚠ *Vid användning:*

1. Filtret kan användas upp till 7 dagar (168h).
2. Om bolusdoser från glasampuller ges ofta via filtret rekommenderas användning av filterkanyler eller filterrör.
3. Strikt sterilt tillvägagångssätt krävs för att minska risken för inflammation.
4. Vi rekommenderar att en spruta (>10 ml) eller engångselastomerpump används för injektionsvätskan, för att skydda filtret mot skador på grund av för högt tryck.
5. Håll inte fast filtret/spännadaptern vid patienten vid borttagningen eftersom katetern då kan lossna från anslutningen.
6. Se till att gränssnittet mellan filtret och injektionssystemet hela tiden är luftfritt, eftersom luftbubblor i filtret kan leda till luft sluts inne, vilket hindrar vätskan från att passera.
7. Skruva på locket på filtret innan du desinficerar så att desinfektionsmedlet inte kan komma in i filtret.
8. Låt inte filtret komma i kontakt med lösnings- och desinfektionsmedel som innehåller alkohol! Se till att desinfektionsmedel inte kommer in i filtret eller anslutningarna!

Användning

1. Avlufta filtret innan det används.
2. Anslut filtret till spännadapterns anslutning eller kanylen.
3. För kontinuerlig användning kan filtret fästas på patientens hud eller kläder med tejp eller FixoLong.

Fixering av FixoLong (tillval)

1. Fäst PAJUNK®-plåstret med fixerat kateterkryss i närheten av kateterns utgångsställe.
2. Fixera katetern i fästklämmorna. Det ger maximal rörelsefrihet samtidigt som katetern fixeras.
3. Placera filterhållaren på kateterkrysset.
4. Fäst bakteriefiltret på filterhållaren.

Användnings- och förvaringsförhållanden

10°C 30°C	Temperaturområde	+10 °C till +30 °C
20 65 %	Max. luftfuktighet	20 % till 65 %
	Skyddas mot solljus	
	Förvaras torrt	

Allmän information

Produkterna tillverkas i enlighet med globala direktiv om farliga ämnen.

Pyrogenfri

Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet där användaren och/eller patienten bor.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, Tyskland.

Förklaring av symboler som används på etiketterna

- Tillverkare
- Sista förbrukningsdatum
- REF Katalognummer
- STERILE EO Steriliserad med hjälp av etylenoxid
- STERILIZE Får inte steriliseras på nytt
- Produkten får inte användas om förpackningen är skadad
- Förvaras torrt
- Max. luftfuktighet
- Får ej återanvändas
- Risk
- Tillverkningsdatum
- LOT Batchcode
- Skyddas mot solljus
- Temperaturområde
- Se bruksanvisningen
- System med enkel sterilbarriär
- Pyrogenfri
- Rx only Obs! Försäljning eller ordinering av den här produkten genom läkare begränsas av gällande lagstiftning
- Anvisning
- Information
- CE 0124 CE-märkning om överensstämmelse eller CE-märket anger att produkten uppfyller gällande bestämmelser i EU:s direktiv om medicintekniska produkter eller andra direktiv som gäller märkning.
- PHT Innehåller inga ftalater
- LATEX Naturgummi har inte används för tillverkning av den här produkten
- QTY Antal
- Översättning
- MD Medicinteknisk produkt
- UDI Unik produktidentifiering för en medicinteknisk produkt
- System med enkel sterilbarriär med yttre skyddande förpackning

PAJUNK® GmbH
Medizintechnologie
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen/Tyskland
Tel +49 (0) 77 04 92 91-0
Fax +49 (0) 77 04 92 91-600
www.pajunk.com

CE 0124

XS190111H_Schwedisch 2022-05-04