PAJUNK®

NRFit® Components

Anesthesia

Kasutusjuhend

Eriline tähelepanu

Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhiseid hoolikalt läbi!

Rx only *Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeritud meditsiinitöötajad.*

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavalimise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja.
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühilduvus avaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombineeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada.

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriilsus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.

Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ ühilduvus

Tähelepanu!
Ainult tooted koos NRFit® *ISO 80369-6-konnektoriga ühilduvad omavahel.*

Tähelepanu!
Ärge mingil juhul üritage NRFit® *ISO 80369-6-konnektoreid ühendada teiste ühendustega.*

PAJUNK® pakub järgmisi komponente kasutamiseks regionaalses anesteesias koos NRFit® ühendusega:

REF	Kirjeldus
001163-38P	Perfusiooni voolik NRFit® 125cm, Ø 2,7mm süstal NRFit® 50ml, Lock
001163-38R	Adapteri voolik Luer – NRFit®
001163-38S	Kork NRFit® kollane, isas-
001163-38T	Adapter NRFit® Luer emas-. NRFit® isas- lukk
001163-38Y	Filtrikanüül NRFit® 18G x 50mm
001163-38Z	Kork NRFit® kollane, emas-

Otsade ühenduvus: NRFit®

Sihtotstarve
NRFit®-komponentide puhul on tegemist eranditult abivahenditega, neil puudub otsene kontakt patsientidega. Ilma ühenduseta teiste regionaalse anesteesia seadmetega ei sobi need üksinda kasutamiseks mitte ühegi näidustuse puhul.

Näidustused
Ühendus teiste meditsiinitoodetega neuroaksiaalsete rakenduste kontekstis.

Vastunäidustused
Vastunäidustusi pole teada.

Tüsistused
Õige kasutamise korral pole tüsistusi teada.

Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.

Kui toote kasutamisel tekivad komplikatsioonid, järgige oma asutuse eeskirju. Kui tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitamatuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote osas:

Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlussevõtmise korral
- võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
- potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatumise/ saastumise oht.
- on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
- jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide oht!

kasutamiseks koos teiste ühilduvate toodetega:

Tutvuge enne mitmete komponentide kasutamist, kuidas need töötavad, kontrollides ühendusi ja läbikäike (kanüülid, adapterid).

⚠ *täiendavad hoiatused:*

1. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseerimise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.
2. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muutmist / väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate õigusaktide mõistes.

Töö- / ladustamistingimused

10°C 30°C	Temperatuuripiirang	+10 °C kuni +30 °C
20 % 65	Õhuniiskus, piirang	20 % kuni 65%
	Kaitsta päikesekiirguse eest	
	Säilitada kuivas	

Üldised märkused

Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke materjale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/ või patsient elavad.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, Saksamaa.

Märgistuses kasutatud sümbolite legend

- Valmistaja
- Kasutatav kuni ...
- REF Artikli number
- STERILE EO Steriliseeritud etüleenoksiidiga
- STERILIZE Uuesti mitte steriliseerida
- Katkise pakendi korral mitte kasutada
- Säilitada kuivas
- Õhuniiskus, piirang
- Mitte uuesti kasutada
- Tähelepanu
- Valmistamise kuupäev
- LOT Partii kood
- Kaitsta päikesekiirguse eest
- Temperatuuripiirang
- Tõlge
- Järgige kasutusjuhendit
- mittepürogeenne
- Rx only Vajalik retsept (toodet tohib vastavalt sihtotstarbele kasutada ainult kvalifitseeritud meditsiinitöötaja.)
- Juhis
- Märkus, teave
- CE 0124 Toode vastab ühenduse ühtlustamisaktides sätestatud kohaldatavatele nõuetele ja seda kontrollib teavitatud asutus
- PHT Ei sisalda ftalaate (vastavalt punktile 7.5 I lisa 93/42 / EMÜ)
- LATEX Ei sisalda lateksit
- QTY Kogus
- NRFit™ Otsade ühenduvus:: NRFit vastavalt ISO 80369-6
- MD Meditsiinitoode

NRFit®
is a trademark of GEDSA, used with their permission

PAJUNK® GmbH
Medizintechnologie
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen/ Saksamaa
Telefon +49(0)7704 9291-0
Fax +49(0)77049291-600
www.pajunk.com

CE 0124

XS190279B_Estnisch 2020-02-13